

Số: /BV-VTTTB
V/v cung cấp các thông tin về
vật tư, thiết bị của hệ thống khí Oxy

Hoài Nhơn, ngày tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đang có kế hoạch mua sắm, lắp đặt hệ thống khí ôxy trung tâm cho các khoa (*theo phụ lục 1*); số lượng các trang thiết bị, vật tư (*theo phụ lục 2*).

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính đề nghị các Đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế gửi các thông tin về trang thiết bị, vật tư nêu trên; các thông tin bao gồm:

- Chung loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật TTBYT mà Đơn vị đang cung cấp/kinh doanh (*Mô tả theo Phụ lục IV của Thông tư số 14/2020/TT-BYT*) và catalogue của thiết bị.

- Nhóm cụ thể của TTBYT.

- Giá cụ thể của TTBYT và phụ kiện vật tư.

(Đơn giá bao gồm: thuế VAT, chi phí vận chuyển, công thi công lắp đặt hoàn chỉnh, hướng dẫn vận hành).

Đề nghị các Đơn vị gửi các thông tin về trang thiết bị y tế nêu trên theo hình thức sau:

- Bộ văn bản giấy gửi đường bưu điện hoặc trực tiếp về: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 202 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

- File Word báo giá và cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật gửi về địa chỉ:

Email: chauvv@syt.binhdingh.gov.vn; ĐT 0256.3661.131; 0913438793

Thời gian gửi trước ngày 05/5/2021.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- Trang TTĐT BV ;
- Lưu: VT, VTTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định

Phụ lục 1

DỰ KIẾN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT CÁC Ổ KHÍ ÔXY ĐẦU RA*(Kèm theo Công văn số /BV-VTTTB ngày 23/4/2021**của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)*

Tầng	Khoa phòng	Số phòng	Số giường	Số lượng ổ khí ôxy đầu ra
Tầng 01	Khu hồi tỉnh sau mổ			
	Phòng hồi tỉnh sau mổ	01	10	06
	Phòng điều trị đặc biệt	01	04	02
Tầng 02	Khoa Nhi và Nhi sơ sinh			
	Phòng bệnh nhân 01	01	06	04
	Phòng cấp cứu nhi	01	06	06
	Phòng cấp cứu nhi sơ sinh	01	06	04
	Phòng sơ sinh nhi thiếu tháng	01	06	03
Tầng 1	Khoa Phụ Sản			
	Phòng sinh 01	01	03	03
	Phòng sinh 02	01	03	03
	Phòng hậu phẫu 01	01	03	03
	Phòng hậu phẫu 02	01	03	03
	Phòng thủ thuật	02	02	02
Tổng cộng		11	52	39

Phụ lục 2
DỰ KIẾN DANH MỤC, SỐ LƯỢNG CÁC THIẾT BỊ
CỦA HỆ THỐNG KHÍ OXY

(Kèm theo Công văn số /BV-VTTTB ngày 23 /4/2021
của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn)

TT	Danh mục	ĐVT	Số lượng
I	Phần thiết bị, vật tư		
01	Bộ điều phối ôxy tự động 12 bình (02 nhánh, mỗi nhánh 06 bình)	Bộ	01
02	Hộp van chặn kèm báo động khu vực (01 loại khí O ₂)	Bộ	03
03	Van cách ly ngắt tay đường kính 15mm	Cái	11
04	Bộ điều chỉnh ôxy kèm bình làm ẩm	Bộ	35
05	Đầu cắm nhanh và tương thích với đầu khí ôxy	Cái	35
II	Phần cung cấp, lắp đặt đường ống dẫn khí y tế		
06	Cung cấp, lắp đặt ống đồng y tế Ø12mm, dày 0,6mm	100m	1,000
07	Cung cấp, lắp đặt ống đồng y tế Ø15mm, dày 0,7mm	100m	1,092
08	Cung cấp, lắp đặt ống đồng y tế Ø22mm, dày 0,9mm	100m	0,970
09	Cung cấp, lắp đặt cút đồng y tế, đường kính 12mm	Cái	70
10	Cung cấp, lắp đặt cút đồng y tế, đường kính 15mm	Cái	59
11	Cung cấp, lắp đặt cút đồng y tế, đường kính 22mm	Cái	46
12	Cung cấp, lắp đặt T đồng y tế, đường kính 15mm	Cái	51
13	Cung cấp, lắp đặt T đồng y tế, đường kính 22mm	Cái	11
14	Cung cấp, lắp đặt côn thu đồng y tế, đường kính 15-12mm	Cái	53
15	Cung cấp, lắp đặt côn thu đồng y tế, đường kính 22-15mm	Cái	23
16	Cung cấp, lắp đặt nối đồng y tế, đường kính 12mm	Cái	98
17	Cung cấp, lắp đặt nối đồng y tế, đường kính 15mm	Cái	57
18	Cung cấp, lắp đặt nối đồng y tế, đường kính 22mm	Cái	35
19	Cung cấp, lắp đặt giá treo (gồm ty, tán, tích kê, sắt, V, U, cùm Omega inox, ống nhựa lót ống, kẹp nhựa, Superlon)	Bộ	200
20	Cung cấp, lắp đặt máng nhôm kích thước 75x37mm	m	70
21	Cung cấp, lắp đặt máng cáp sơn tĩnh điện kích thước 60x40mm, dày 1,2mm (bao gồm cả nắp đậy)	m	50