

Số: /BV-VTTTB
V/v Mời chào giá máy đo SPO₂

Hoài Nhơn, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đang có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế: Máy đo SPO₂ cầm tay; số lượng; cấu hình thông số kỹ thuật theo bảng sau:

TT	TÊN HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG	PHÂN NHÓM THEO TT14
01	Máy đo độ bão hoà ôxy trong máu SpO₂ (dạng cầm tay) A. Yêu cầu chung: - Máy mới 100%, năm sản xuất từ 2020 trở đi. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động tối đa: - Nhiệt độ: 30⁰ C - Độ ẩm: 80% - Nguồn điện cung cấp: - Đầu vào: 100~240V (50/60Hz), 1.2A - Đầu ra: DC 5V, 2.0A B. Cấu hình: - Máy chính: 01 - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: - Cáp nối dài và đầu dò cảm biến SpO₂ cho người lớn: 01 cái. - Bộ chuyển đổi điện adapter và dây nguồn: 01 cái. - Pin lắp sẵn trong máy	Cái	09	4

	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt C. Tính năng kỹ thuật - Màn hình màu cảm ứng 4.3 inch. - Điều chỉnh độ sáng màn hình 5 mức. - Kiểu cầm tay. - Hiệu suất đo SpO₂ chính xác ngay cả khi lưu lượng máu lưu thông ở mức thấp hoặc có cử động của bệnh nhân. - Thời gian làm việc liên tục lên đến 8 giờ với pin có thể sạc lại. - Bộ sạc DC 5V với đầu cắm Micro – USB. Pin có thể sạc với cổng USB bên ngoài. - Thích hợp cho người lớn. - SpO₂ tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 80601-2-61:2011. - Dải đo SpO₂: 0 ~ 100%. - Độ phân giải: 1%. - Độ chính xác (70 ~ 100%): - Dải đo nhịp tim: 25 đến 250 nhịp/phút. - Độ phân giải: ± 1 nhịp/phút. - Độ chính xác: ±2 nhịp/phút. - Báo động SpO₂ cao, thấp và đưa ra các cảnh báo bằng thông báo. - Mức âm lượng báo động: 0 đến 9. - Pin: Kiểu pin Li-ion 3.7V, 4400mAh.			
02	Máy đo độ bão hoà oxy trong máu SpO2 (dạng kẹp ngón tay) - Theo dõi được 3 thông số SpO₂, nhịp mạch, và chỉ số tưới máu (PI) không xâm lấn - Màn hình OLED hai màu, với 4 chế độ hiển thị, tự động xoay 4 chiều - Dải đo SpO₂: 0-100% (±2%) - Dải đo nhịp mạch: 30-250 nhịp/phút (± 2 nhịp) - Dải đo PI: từ 0 ~ 20% - Có thể thay đổi chiều màn hình bằng nút bấm trên máy. - Tự động tắt máy khi không có tín hiệu sau 5	Cái	10	6

giây. - Nguồn hoạt động: 2 pin tiểu AAA nhỏ 1.5V			
---	--	--	--

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đề nghị các Đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế gửi báo giá các trang thiết bị y tế nêu trên; báo giá bao gồm: thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, hướng dẫn vận hành.

Thời gian cung cấp hàng hóa: thực hiện ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Đề nghị các Đơn vị gửi báo giá và các thông tin về trang thiết bị y tế nêu trên theo hình thức sau:

- Bộ văn bản giấy gửi đường bưu điện hoặc trực tiếp về:

Văn thư- Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 202 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Bảng Scan báo giá, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và cataloge gửi về địa chỉ:

<http://bvbs150798.com/trang-cung-cap-thong-tin-nha-thau/>

Do nhu cầu cấp bách cần phải có thiết bị để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên quý Công ty gửi thông tin chậm nhất đến 16 giờ ngày 01/7/2021.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- Trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VTTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định