

Số: /QĐ-BV

Hoài Nhơn, ngày tháng 02 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  
Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) phục vụ  
công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn**

### **GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BÔNG SƠN**

*Căn cứ Quyết định số 54/1998 QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn và chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của bệnh viện;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-BV ngày 20/12/2021 của Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt chủ trương mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BV ngày 27/12/2021 của Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BV ngày 31/12/2021 của Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BV ngày 13/01/2022 của Giám đốc Bệnh viện về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn;*

*Xét theo đề nghị của tổ thẩm định thầu tại báo cáo thẩm định số 43/BC-TTĐT ngày 28/01/2022 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và các tài liệu liên quan;*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn như sau:

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH MTV Thiết Bị Đỉnh Cao

Địa chỉ: Thôn Cộng Hoà 1, xã Tịnh Ân Tây, Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 36.750.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.*).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Nguồn vốn: Từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

**Điều 2.** Giao cho phòng VTTTB chịu trách nhiệm phối hợp với phòng TCKT tham mưu cho Giám đốc việc ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3.** Phòng VTTTB, phòng TCKT, đơn vị trúng thầu và các khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Quốc Việt**

**Phụ lục**  
**DANH MỤC TRÚNG THẦU**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BV ngày /02/2022 của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn)

TT	Tên thiết bị	Đặc điểm/Thông số kỹ thuật	Phân nhóm theo TT 14	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
01	<b>Đèn thủ thuật (Đèn mổ di động 5 bóng LED)</b> Model: KL05L.III - Hãng sản xuất: Keling Nước sản xuất: Trung Quốc	<b>1.Yêu cầu chung:</b> - Máy mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn: ISO13485 - Nguồn điện cung cấp: 220v ± 10% - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 – 35°C. + Độ ẩm: ≥ 80%. <b>2.Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:</b> - Cường độ sáng của đèn: 50.000 Lux - Nhiệt độ màu: 4000 ± 500 K - Có thể điều chỉnh hướng ánh sáng và độ hội tụ: ≥ 500 - Chỉ số tạo màu: 100 ≥ Ra ≥ 85 - Giá trị tổng bức xạ: < 6 mW/m <sup>2</sup> lx - Tổng bức xạ: ≤ 600 W/m <sup>2</sup> - Nguồn cung cấp: 220V ± 10% 50Hz - Công suất nguồn: 150 VA - Công suất bóng đèn: 125W - Điện áp bóng đèn : 24 V	Nhóm 6	02 Cái	18.375.000	36.750.000
<b>Tổng cộng</b>						<b>36.750.000</b>

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./)