

Số: /BV-VTTTB

Hoài Nhơn, ngày tháng 03 năm 2023

V/v chào giá dự toán cung ứng
Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Máy chụp
X-Quang C-Arm có TV

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng TTBYT

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bông Son.

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.

Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì Máy chụp Xquang C-Arm có TV đang sử dụng tại đơn vị.

Nội dung bảo trì, bảo dưỡng như sau:

TT	Nội dung bảo trì, bảo dưỡng	Số lần thực hiện
1	Kiểm tra điều kiện hoạt động	Định kỳ 6 tháng/ lần (2 lần/ năm)
1.1	Kiểm tra nguồn cung cấp	
1.2	Kiểm tra trạng thái tiếp đất nguồn	
1.3	Kiểm tra điều kiện nhiệt độ, độ ẩm	
2	Kiểm tra hoạt động, vệ sinh bảo dưỡng từng bộ phận	Định kỳ 6 tháng/ lần (2 lần/ năm)
2.1	Tủ phát tia	
	Kiểm tra vệ sinh bên ngoài	
	Kiểm tra, vệ sinh các bo mạch bên trong	
	Kiểm tra, trực quan tình trạng các linh kiện	
	Kiểm tra, vệ sinh quạt làm mát	
	Kiểm tra kết nối cáp	
	Kiểm tra cáp trạng thái hanwitch	
	Kiểm tra cáp trạng thái Footwitch.	
2.2	Bộ phận điều khiển (Console)	
	Vệ sinh bàn tổng quát	
	Kiểm tra chức năng các nút điều khiển.	

TT	Nội dung bảo trì, bảo dưỡng	Số lần thực hiện
	Kiểm tra trạng thái lỗi.	
2.3	Cột mang bóng	
	Kiểm tra vệ sinh bên ngoài	
	Kiểm tra cơ khí, bôi mỡ vào các bánh xe	
	Kiểm tra hệ thống phanh điện.	
	Kiểm tra di chuyển lên xuống cột bóng	
2.4	Monotank	
	Kiểm tra, vệ sinh bên ngoài bóng và Colimator	
2.5	Bộ phận tăng quang nhận tín hiệu (CCD)	
	Kiểm tra vệ sinh bên ngoài,	
	Kiểm tra kiểm cấp và trạng thái hoạt động	
2.6	Màn hình hiển thị	
	Kiểm tra vệ sinh bên ngoài	
	Vệ sinh màn hình	
3	Hoạt động chung của hệ thống	Định kỳ 6 tháng/ lần (2 lần/ năm)
	Phát tia và chụp test thử	
	Chụp thử kiểm tra hiển thị màn hình	
	Kiểm tra chế độ soi	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ cài đặt kết nối máy in, phần mềm đọc kết quả Efilm, kết nối Pacs và các kết nối khác khi có yêu cầu; - Hỗ trợ tư vấn qua điện thoại (khẩn cấp) 24/7 để xử lý sự cố khi có trực trực về thiết bị và thao tác sử dụng máy, phần mềm. - Không giới hạn số lần đến tại đơn vị để xử lý, khắc phục khi thiết bị xảy ra sự cố. - Thời gian đáp ứng dịch vụ: không quá 48 giờ. 	

Các điều kiện cung cấp khác như sau:

a. Yêu cầu: Bảo trì, bảo dưỡng trọn gói thời hạn 01 năm theo nội dung yêu cầu.

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế, phí các loại và chi phí Kỹ sư đi lại ăn ở để thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố thiết bị (nếu có) tại Khoa Gây mê hồi sức của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, không bao gồm chi phí thay thế linh, phụ kiện.

c. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 90 ngày kể từ ngày chào giá.

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung – P.Bồng Sơn – TX.Hoài Nhơn – T.Bình Định.

Ngoài bì cần ghi rõ: **“Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Máy chụp Xquang C-Arm có TV, không mở trước 14 giờ 00 ngày 13/03/2023”**.

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 06/03/2023 đến 14 giờ 00 phút ngày 13/03/2023.

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 13/03/2023.

Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng VT-TBYT. SĐT: 0256.3661.131

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám Đốc;
- Phòng TC-KT;
- Trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Gia Vy