

Số: /BV-VTTBYT  
V/v mời chào giá dự toán  
thiết bị chẩn đoán hình ảnh

Hoài Nhơn, ngày tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng khoa học số 02/BB-HĐKH ngày 24/3/2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn về việc đề xuất danh mục, cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật, mức giá dự kiến và các yêu cầu khác cho gói mua sắm thiết bị y tế năm 2023;

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bồng Sơn;

Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đang có nhu cầu mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh sau:

**1. Yêu cầu cụ thể về thiết bị hoặc tương đương:**

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, Thông số kỹ thuật	Số lượng
01	Máy siêu âm	Máy siêu âm Doppler màu Màn hình quan sát kích thước: $\geq 21.5$ inches Màn hình điều khiển cảm ứng kích thước: $\geq 13.0$ inches	01 Máy

		Đầu dò convex: 01 cái Đầu dò linear: 01 cái Đầu dò tim: 01 cái Đầu dò phụ khoa: 01 cái Các phần mềm siêu âm cơ bản Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái Hệ thống máy vi tính trọn bộ gồm: 1 máy vi tính để bàn kèm màn hình vi tính • 1 máy in màu • 1 card bắt ảnh • 1 phần mềm trả kết quả siêu âm • 1 UPS online • 1 lọc nhiễu Khả năng kết nối DICOM 3.0	
2	<b>Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số (DR)</b>	- Tấm Detector: 01 tấm - Trạm điều khiển: 01 bộ - Phần mềm tiêu chuẩn (Image Pilot): 01 bộ - Phần mềm Image Pilot BS: 01 bộ - Bộ phụ kiện chuẩn theo hệ thống: 01 bộ	01 Hệ thống

## 2. Các yêu cầu khác:

### 2.1 Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau
- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO13485; ISO 9001
- Nguồn điện cung cấp: AC220V/50Hz
- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ
- Tài liệu kỹ thuật cho bảo trì bảo dưỡng; sửa chữa: 01 bộ
- Thiết bị phải được kê khai công khai giá trên website của Bộ Y tế <https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn>
- Bảng phân loại trang thiết bị y tế theo TT05/2022/TT-BYT;
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu của trang thiết bị;
- Cataloge gốc của thiết bị.
- Thiết bị được lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng.
- Thời gian bảo hành:  $\geq 12$  tháng, trong thời gian bảo hành: kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 03 tháng một lần.
- Các dịch vụ sau bảo hành: Cam kết cung ứng phụ kiện thay thế sửa chữa sau bảo hành  $\geq 10$  năm.
- Thời hạn báo giá: có giá trị  $\geq 90$  ngày, kể từ ngày báo giá.

### 2.2 Hình thức báo giá:

- Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về:

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

Ngoài bì ghi rõ: Báo giá Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh, không mở trước 14 giờ 00 phút ngày 04/5/2023.

- File Word báo giá và cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật gửi về địa chỉ:  
Email: <https://bvbs150798.com/trang-cung-cap-thong-tin-nha-thau>
  - Thời gian gửi đến trước 14h00 ngày 04/5/2023
    - Thời gian mở báo giá lúc 14h 20 phút 04/5/2023
  - Cần biết thêm thông tin xin liên hệ:
    - BS Nguyễn Thị Gia Vy: Phó Giám đốc - Tổ trưởng Tổ mua sắm; SĐT: 0983939605.
    - KS Võ Văn Châu: Trưởng phòng VT-TTBYT; SĐT: 0913438793
- Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Y tế (b/c);
- Trang TTĐT BV;
- Phòng TCKT ;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Gia Vy**