

Số: /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá Điện trở nôi hấp
TC-750 và điện trở dàn sắc thuốc

Hoài Nhơn, ngày tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị/ Công ty

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá điện trở nôi hấp TC-750 và điện trở dàn sắc thuốc của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định

Ngoài bì cần ghi rõ: **“Báo giá điện trở nôi hấp TC-750 và điện trở dàn sắc thuốc, không mở trước 14 giờ 30 ngày 17/11/2023”**.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 11 năm 2023 đến trước 14h30 ngày 17 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Tên mặt hàng	Quy cách tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Điện trở chuyên dùng	- Loại điện trở ướt - Vỏ bằng inox 304 đúc - Đầu ren ngoài : M59, SUS304	Cái	04

	cho nồi hấp TC-750 DA	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài thanh trở: 450mm ± 5% (không tính ren) - Có nắp chụp nhựa bảo vệ đầu điện trở - Cụm gồm 3 thanh trở, 5kw/thanh - Điện áp: 220/ 380V - Công suất: 15KW 		
02	Điện trở dàn sắc thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu sợi trở: Fe-Ni; vỏ bọc đồng hoặc inox. - Điện áp 220v, - Công suất: 1,2kw, - Đường kính bánh điện trở ≥ 20cm, hai đầu chân ra của điện trở là ti ren $\geq \varnothing 3ly$ và bề góc $\geq 30^0 \leq 90^0$ so với mặt phẳng bánh điện trở. 	Cái	20

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Địa điểm cung cấp: giao, kiểm nhập hàng tại Kho Phòng VT-TBYT, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

Hàng hóa được giao mới 100%, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận chuyển giao hàng tại Kho Phòng VT-TBYT.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký quyết định trúng thầu.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế. Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám Đốc BV;
- Đăng trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Gia Vy