

Số: /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá nhiệt kế
và nhiệt ẩm kế

Hoài Nhơn, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “ Nhiệt kế và nhiệt ẩm kế của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn” như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định

Ngoài bì ghi rõ: “ Báo giá nhiệt kế và nhiệt ẩm kế không mở trước 15h00 ngày 28 tháng 3 năm 2024”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18 tháng 3 năm 2024 đến trước 15h00 ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục:

STT	Danh mục	Đặc điểm kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
01	Nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ lạnh (Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm)	<ul style="list-style-type: none"> - Hiển thị: màn hình LED - Phạm vi hiển thị nhiệt độ: -30⁰C đến 50⁰C - Hiển thị độ ẩm: 20% - 90% - Hiển thị thời gian. - Có dây sensor dài ≥ 1000 mm. - Nguồn pin: 1.5VDC, 1 pin AAA. - Tem kiểm định còn hiệu lực. 	Cái	14
02	Nhiệt ẩm kế tự ghi	<ul style="list-style-type: none"> - Loại cảm biến: Cảm biến rời - Hiển thị: màn hình LED - Phạm vi đo nhiệt độ: -40 đến 85 °C - Độ chính xác: ± 0.5 °C - Phạm vi đo độ ẩm: 10 ~ 99 % Độ chính xác: ± 3% RH Độ phân giải: nhiệt độ 0.1 °C, độ ẩm 0.1% RH Khoảng thời gian cài đặt ghi: 10 giây ~ 24 giờ Kết nối dữ liệu: USB Bộ nhớ lưu dữ liệu: ≥16.000 giá trị (điểm ghi dữ liệu). Pin: Lithium 3.6v Có tem kiểm định còn hiệu lực ≥ 1 năm 	Cái	01

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn
- Yêu cầu khác: Hàng hóa được giao mới 100%, đảm bảo chất lượng và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký quyết định trúng thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán 100% sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

5. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc không phù hợp với nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ lạnh (Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm) và nhiệt ẩm kế tự ghi hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BV;
- Đăng trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định