

Số: /BV-VTTTB  
V/v yêu cầu báo giá dụng cụ phẫu thuật

Hoài Nhơn, ngày tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm dụng cụ phẫu thuật dùng cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

**Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn**

**2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định**

**Ngoài bì bắt buộc ghi rõ:**

**Báo giá “Dụng cụ dùng cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz, không mở trước 14h00 ngày 13 tháng 9 năm 2024”**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 9 năm 2024 đến trước 14h00 ngày 13 tháng 9 năm 2024

**Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2024.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục dụng cụ phẫu thuật dùng cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz gồm:

Stt	Tên mặt hàng	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Hình ảnh
1	Ống thông không van	Cỡ 11 mm, dài 10.5 cm Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Cái	1	
2	Nắp đậy	Cỡ 5 mm, hấp tiệt trùng được, đóng gói 5 cái, sử dụng với trocar cỡ 6 mm Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Gói	10	
3	Van Silicon (hình dạng trái khế)	Cỡ 6 mm, đóng gói 5 cái, hấp tiệt trùng được. Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Gói	10	
4	Van đa năng	Cỡ 11 mm. Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Cái	1	
5	Dây đốt cao tần đơn cực	Dài 300 cm, đầu cắm 4 mm, Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Cái	1	
6	Chổi rửa dụng cụ nội soi	Đường kính 10 mm, dài $\leq 49$ cm, Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Cái	2	
7	Chổi rửa dụng cụ nội soi	Đường kính 3 mm, dài $\leq 49$ cm, Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Cái	2	
8	Van silicon	Cỡ 6 mm, Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Cái	2	
9	Vỏ ngoài Trocar xoắn	Cỡ 6 mm, dài 10.5 cm, có van khóa dùng bơm hơi, Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl storz.	Cái	2	

## 2. Các yêu cầu:

- Hàng hóa mới 100%, đảm bảo chất lượng, dùng được cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm thuế, phí các loại: phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc không phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Rất mong sự hợp tác của quý Công ty!

### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lãnh đạo bệnh viện;
- Khoa PT-GMHS;
- Trang TTĐT BV;
- Cổng thông tin Bộ Y tế  
(<https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/>);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Công Định**