

Số: /BV-VTTBYT  
V/v làm rõ báo giá

Hoài Nhơn, ngày 20 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định

Căn cứ Công văn số 1253/BV-VTTBYT ngày 27/8/2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn về việc yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định, thử nghiệm thiết bị y tế.

Căn cứ Công văn số 1367/BV- VTTBYT ngày 09/9/2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn về việc gia hạn thời gian đóng báo giá Cung cấp dịch vụ kiểm định, thử nghiệm thiết bị y tế;

Căn cứ Biên bản mở báo giá ngày 19/9/2024 của Phòng VTTBYT- Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

Căn cứ Bảng báo giá ngày 13/9/2024 của Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định về việc báo giá Cung cấp dịch vụ kiểm định, thử nghiệm thiết bị y tế.

Qua xem xét bảng báo giá của quý công ty, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn yêu cầu quý công ty làm rõ các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Yêu cầu làm rõ
1	Hệ thống điện tim Holter	Không có tên trong danh mục yêu cầu báo giá kiểm định, thử nghiệm của Bệnh viện.
2	Tủ an toàn sinh học ESCO	Chưa thể hiện rõ 07 nội dung cần thử nghiệm theo thư mời chào giá.
3	Tủ cấy an toàn sinh học Model: JSCB -1500SB	- Tên thiết bị sai khác so Công văn yêu cầu báo giá. Cụ thể: Tủ an toàn sinh học ESCO ≠ Tủ cấy an toàn sinh học. - Chưa thể hiện rõ 07 nội dung cần thử nghiệm theo thư mời chào giá..

4	Tủ an toàn sinh học cấp I Model: BSC-1	- Tên thiết bị khác so Công văn yêu cầu báo giá. Cụ thể: Tủ an toàn sinh học ESCO $\neq$ Tủ an toàn sinh học cấp I. - Chưa thể hiện rõ 07 nội dung cần thử nghiệm theo thư mời chào giá.
---	---	---

Đề nghị quý công ty làm rõ những nội dung nêu trên, hạn chót đến 15 giờ ngày 26/9/2024./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Khoa xét nghiệm;
- Trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VTTBYT

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Công Định**