

Số: /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá Máy tháo lồng ruột

Hoài Nhơn, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “ Máy tháo lồng ruột phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn” như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định

Ngoài bì ghi rõ: “ Báo giá thiết bị y tế Máy tháo lồng ruột không mở trước 10h00 ngày 04 tháng 11 năm 2024”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 10 năm 2024 đến trước 10h00 ngày 04 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị và số lượng cần mua sắm:

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật	DVT	Số lượng
01	Máy tháo lồng ruột	<p>1. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình trạng: Máy mới 100%. - Năm sản xuất: 2023 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220 V - 50 Hz <p>2. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dây điện nguồn: 01 cái. - Quả bóng bơm khí: 01 cái. - Dây cắm: 01 bộ. - Thiết bị điều khiển: 01 cái. - Đầu nối ống cao su: 01 bộ. - Ống cao su: 01 cái. <p>3. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các mức áp lực lựa chọn: 6.7 Kpa (50mmHg); 8 Kpa (60mmHg); 9.2 Kpa (70mmHg); 10.7 Kpa (80mmHg); 12 Kpa (90mmHg); 13.3 Kpa (100mmHg); 14.7 Kpa (110mmHg). - Thiết bị hiển thị được áp lực trong khoang ruột. - Khi bơm khí vào đến áp lực lựa chọn thì máy sẽ tự động dừng bơm khí. - Khi áp lực trong khoang ruột vượt quá áp lực lựa chọn thì khí tự động xả ra. - Khi áp lực trong khoang ruột ở mức 14.7 Kpa (110mmHg) thì máy có đèn cảnh báo đỏ. - Có thể ấn nút để điều chỉnh tốc độ khí ra và khí vào. 	Cái	01

2. Các yêu cầu:

- Hàng hóa được giao mới 100%, đảm bảo chất lượng và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm thuế, phí các loại: phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Khoa PT-GMHS;
- Trang TTĐT BV;
- Cổng thông tin Bộ Y tế
(<https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/>);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định