

Số: /BV-VTTBYT

Hoài Nhơn, ngày tháng 12 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá

Máy sắc thuốc đông y

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “ Máy sắc thuốc đông y phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn” như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định

Ngoài bì ghi rõ: “ **Báo giá Máy sắc thuốc đông y, không mở trước 10h00 ngày 10 tháng 01 năm 2025**”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến trước 10h00 ngày 10 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị và số lượng cần mua sắm:

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
01	Máy sắc thuốc đông y	Loại máy sắc thuốc đông y có yêu cầu như sau: 1. YÊU CẦU CHUNG - Tình trạng: Mới 100%. - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. - Nguồn điện: 220/380V - 50 Hz 2. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Thân chính: 01 cái. - Tủ điều khiển: 01 cái. - Dây nguồn: 01 cái. - Bếp đun: 20 cái. - Ấm sắc thuốc: 20 cái. 3. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Toàn thân và ấm sắc thuốc bằng Inox 304 - Lựa chọn được số lượng bếp hoạt động. - Lựa chọn được thời gian sắc thuốc theo ý muốn hoặc tự động kết thúc khi lượng nước thuốc còn lại đạt mức yêu cầu. - Hiển thị được các bếp đang hoạt động. - Có âm thanh báo hiệu kết thúc.	Máy	01
02	Máy sắc thuốc đông y	Loại máy sắc thuốc đông y có yêu cầu như sau: 1. YÊU CẦU CHUNG - Tình trạng: Mới 100%. - Năm sản xuất: 2023 trở về sau. - Nguồn điện: 220V - 50 Hz 2. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Thân chính: loại hai nồi đun, hai vòi xả. - Dung tích hai nồi đun $\geq (13 \text{ lít} + 20 \text{ lít})$. 3. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Chế độ sắc thuốc tự động. - Công suất: $\geq 3000\text{W}$. - Có ép bã thuốc.	Máy	01

2. Các yêu cầu:

- Hàng hóa được giao mới 100%, đảm bảo chất lượng và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm thuế, phí các loại: phí vận chuyển, giao hàng, ráp đặt, hướng dẫn vận hành tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Khoa Y học cổ truyền;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Cổng thông tin Bộ Y tế
(<https://chaogiattby.t.moh.gov.vn/>);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định